

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmets - Rentgena digitālā detektora ar radiologa darba staciju un aprīkojumu

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma Nr.VVC/2024/07-AF 1.6.1.punktā noteiktajam termiņam - ne ilgāk kā 30 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets - Rentgena digitālais detektors ar radiologa darba staciju un aprīkojumu

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Piedāvātās preces apraksts	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
	Rentgena digitālais detektors ar aprīkojumu		
1.	Portatīvs digitāls detektors		
1.1.	Detektora izmēri – 35 x 43 cm		
1.2.	Detektora pikseļa izmērs – 150 µm		
1.3.	Detektora tips – Csl (Cēzija jonu)		
1.4.	Maksimālā izkliedētā slodze – 310 kg		
1.5.	Digitālā detektora darbības laiks, darba režīmā, sasniedz 7 stundas, savukārt, bateriju uzlādes laiks no minimālā līdz maksimālajam līmenim ir 3 stundas		
1.6.	Digitālā detektora sistēma nodrošina virtuālā režģa funkcionalitāti		
1.7.	Digitālais detektors aprīkots ar divām litija jonu baterijām		
1.8.	Sistēmu iespējams savienot ar iestādē esošu PHILIPS BuckyDiagnost FS iekārtu.		
1.9.	Cenā ietilpst digitālā detektora piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība darbam.		
1.10.	Digitālā detektora garantija ne mazāka kā 24 mēneši.		
2.	Radiologa darba stacija		
2.1.	Radiologa darba stacija ļauj ātri un pārskatāmi veikt radioloģisko izmeklējumu apskati.		
2.2.	Izmeklējumu apskatei iespējams iestatīt personalizētus protokolus un vadības īssceļus.		
2.3.	Radiologa darba stacija ir savietojama ar radioloģijas iekārtām, kuras atbalsta DICOM attēlu formātu, ka arī darba staciju iespējams savienot ar serveri, lai nosūtītu apstrādātos attēlus glabāšanā		
2.4.	Radiologa darba stacijā iespējams aplūkot un salīdzināt tekošos izmeklējumus ar iepriekš veiktajiem, ka arī aplūkot izmeklējumus no arhīva		

2.5.	Cenā ietilpst radiologa darba stacijas piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība darbam		
2.6.	Darba stacijas garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
3. Radioloģijas monitori (2gb)			
3.1.	Monitora izmērs: 433 x 325 mm (541 mm diagonāli)		
3.2.	Izšķirtspēja: 2MP (1600 x 1200 pikseli)		
3.3.	Pikseļa izmērs: 0.27 mm		
3.4.	Monitora maksimālais spilgtums: 1000 cd/m2		
3.5.	Monitora maksimālais kontrasts: 2000:1		
3.6.	Monitorā iestrādāta automātiskā kalibrācijas funkcija		
3.7.	Iekļauta medicīniska līmeņa grafikas karte		
3.8.	Atbilstība - General Radiology un medicīnas klases monitoram atbilstoši MDR Class IIa		
3.9.	Cenā iekļauta monitora piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība		
3.10.	Monitoru garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
4. Operatora darba vietas dators			
4.1.	Operētājsistēma - vismaz Windows 10		
4.2.	8 GB RAM		
4.3.	500 GB SSD		
4.4.	Ar disku rakstītāju un lasītāju		
4.5.	Cenā iekļauta Operatora darba vietas datora piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība		
4.6.	Datora garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
5. Radiologa darba stacijas dators			
5.1.	8 GB RAM		
5.2.	500 GB SSD		
5.3.	Windows 11 operētājsistēma		
5.4.	Ar disku rakstītāju un lasītāju		
5.5.	Cenā iekļauta Radiologa darba stacijas datora piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība		
5.6.	Datora garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
6. Risinājuma integrācija PHILIPS BuckyDiagnost FS iekārtā			

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)